

Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања"

37205 Рибарска Бања

Факс: 037/ 865-129

e-mail: [ribarskabanja@yahoo.com](mailto:ribarskabanja@yahoo.com)

## ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

### Питање бр. 1.

На страни 25 конкурсне документације, у делу додатних услова, тражили сте да понуђач поседује референцу за предметну јавну набавку, односно да је:

**"-Понуђач је испоручио и инсталирао на територији Републике Србије, у периоду од 2012.г., 2013.г., 2014.г. најмање једну Хипербаричну комору – једномесна комора за хипербаричну оксигенацију – хипербарична комора намењена за једну особу.**

**- Доказ: Фотокопија уговора са наручиоцем."**

С обзиром да је хипербарична комора намењена за једну особу коју бисмо понудили регистрована у АЛИМС-у 27. 10. 2014. године и да смо Уговор о купопродаји потписали децембра 2014. године, наше питање је да ли ћете прихватити уговор о купопродаји са наручиоцем потписан 2014. године а на основу спроведене јавне набавке, са извршеном испоруком и инсталацијом у складу са предметним уговором, почетком 2015. године (у року који је прописан уговором) што је у потпуности у складу са захтеваном спецификацијом у конкурсној документацији.

Уједно Вас молимо да нам потврдите да ли се референца односи на реализован пројекат са државном институцијом у систему здравствене заштите, на територији Републике Србије.

### **ОДГОВОР:**

**Наручилац може прихватити референцу 2014/15. године, и наручилац не поставља ограничење у вези референце и не прави разлику између приватних и државних установа.**

### Питање бр. 2.

Друго питање се односи на техничке спецификације саме коморе. Молимо Вас да прихватите понуду и за хипербаричну комору која је намењена за једну особу која

поседује димензије у складу са захтеваним и акрилним стаклом који поседује минималну дужину од 90цм. Поменута спецификација никако не умањује квалитет понуђеног добра нити намену коморе, већ може бити од изузетне предности у даљој експлоатацији комора с обзиром да акрил има прописан век трајања, и значајно је јефтинији него комплетан акрилни цилиндар. Тиме бисте у будућности обезбедили већу рентабилност коморе.

**ОДГОВОР:**

Наручилац остаје при дужини акрилног цилиндра наведеног у техничкој спецификацији.

Питање бр. 3.

Молимо Вас да нам потврдите да ли понуђени модел коморе треба да поседује могућност надоградње на аутоматски систем контроле који поседује софтвер на српском језику.

**ОДГОВОР:**

Наручилац остаје при захтеву у техничкој спецификацији да понуђена хипербарична комора треба да има аутоматски управљачки систем, али неће одбити понуђени модел који има могућност надградње аутоматског система управљања.

**ПИТАЊА И ОДГОВОРИ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.**

Рибарска Бања, 16. 11. 2015. године

Комисија за јавну набавку